

Sicherheitszeichen-Genehmigungs-Ausweis Nr. 1269Blatt 1
Page

Safety mark approval certificate no.

Nur gültig mit umseitigen Bedingungen

Validation is determined by the overleaf conditions

Genehmigungsinhaber: Goldstein & Lewin technology GmbH
Licenseholder: Kastanienweg 23, 14532 StahnsdorfFertigungsstätte: Goldstein & Lewin technology GmbH
Place of manufacturing: Kastanienweg 23, 14532 Stahnsdorf

Zeichen des Antragstellers: Reference of applicant:	Aktenzeichen: Reference no:	Erstausstellung: First issue:	Ausstellungsdatum: Date:
--	194160-94/050/9540-v.Ba/Sto	06.06.1995	07.12.95

Jahreseinheiten
Annual feesBezeichnung, Typ: Inhalationsgerät
Product, model: Sartron II
pro - inhalGeprüft nach: DIN VDE 0750 Teil 1-1 : 1994-09
Tested in accordance to: DIN EN 60 601-1-1 : 1993
IEC 601-1-1 : 1992

40

Beschreibung: Nennspannung : 230 V~, 50 Hz
Description : Nennstrom : 80 mA
Schutzklasse : II
Schutzart : abgedeckte AusführungEinzelteile entsprechen den für sie gültigen VDE-
Bestimmungen. Anlagen siehe Blatt 1 - 10.Das Gerät wird von einem getrennten Netzadapter
Mod.-Nr. AC 004 0090 E bzw. 41A0168 versorgt.

40

Prüfstelle für Gerätesicherheit
GS-Certification body
Der Leiter
Dipl.-Ing. Fronia