

KONFORMITÄTSAUSSAGE

STATEMENT OF CONFORMITY

Erzeugnis Product	Inhalationsgerät
Typenbezeichnung Model/Type	pro-inhal Sartron II
geprüft im Auftrag von testet by request of	Goldstein & Lewin technology GmbH Kastanienweg 23 D-14532 Stahnsdorf
hergestellt in (Firma und Ort) manufactured at (Name and place)	Goldstein & Lewin technology GmbH Kastanienweg 23 D-14532 Stahnsdorf

Die Prüf- und Zertifizierungsstelle des TÜV Berlin-Brandenburg e.V. hat ein Muster dieses Erzeugnisses geprüft und bestätigt, daß auf der Grundlage der EU Richtlinie:
The TÜV Berlin-Brandenburg Test- and Certification Body has tested one sample of this product and confirms that it complies on the base of the European Community Directive:

73/23/EWG und 93/68/EWG 89/336/EWG; 92/31/EWG; 93/68/EWG	Niederspannungsrichtlinie EMV-Richtlinie	Low voltage directive EMC directive
---	---	--

das oben genannte Erzeugnis mit folgenden Normen:
and with the following standards:

EN 60601-1-1 : 1993
EN 60601-1-2 : 1994


übereinstimmt, wie es aus dem Prüfbericht: 94/050/9540 hervorgeht.
Please refer to the test report no.:

Diese Konformitätsaussage ist das Ergebnis einer Prüfung an einem vorgelegten Muster und stellt keine Bewertung der Erzeugnisse aus der laufenden Fertigung dar.
Sie berechtigt nicht zum Anbringen der CE-Kennzeichnung.
Dazu ist die Konformitätserklärung des Herstellers oder seines in der EU niedergelassenen Bevollmächtigten notwendig.

This statement is the result of a test at the submitted sample and it does not represent a valid judgement of the products of the whole production line.
It permits not the CE-marking. This needs the declaration of conformity by the manufacturer or his authorized representative established in the European Community.

Berlin, 11.12.1995

Prüf- und Zertifizierungsstelle des
TÜV Berlin-Brandenburg e.V.
Prüfstelle für Gerätesicherheit



Dr.-Ing. Peter Hagen